

Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях

Приказ · № 1329н · от 15.12.2020 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

15 декабря 2020 г. № 1329н

Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях

Зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2021 г.

Регистрационный № 62707

В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2016, № 9, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях.
2. Установить, что укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Министр М.А.Мурашко

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 декабря 2020 г. № 1329н

Требования

к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях

1. Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях (далее - Укладка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

№

п/п

Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 1

Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий

Наименование медицинского изделия

Требуемое количество, (не менее)

1.182450

Маска хирургическая, одноразового использованияМаска медицинская нестерильная одноразовая
10 шт.

367580

Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования

2.

122540

Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильныеПерчатки
медицинские нестерильные, размером не менее М

10 пар

122560

Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные

139350

Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные

139360

Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные

185830

Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225).

185850Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные

205280Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные

205290Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные

298450Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные

320790Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные

321530Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные

3.327410Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использованияУстройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"

2 шт.

4.121180Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использованияДыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера

1 шт.

121270Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования

5.210370Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использованияЖгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения

2 шт.

210380Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования

6.150130Рулон марлевый тканый, нестерильныйБинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см

5 шт.

150140Бинт марлевый тканый, стерильный

7.150130 Рулон марлевый тканый, нестерильный Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см
5 шт.

150140 Бинт марлевый тканый, стерильный

8.223580 Салфетка марлевая тканая, стерильная Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10
5 уп.

9.136010 Лейкопластырь кожный стандартный Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см
2 шт.

122900 Лейкопластырь кожный гипоаллергенный

141730 Лейкопластырь кожный силиконовый

269230 Лейкопластырь кожный водонепроницаемый

10.142270 Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см
20 шт.

11.142270 Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см
2 шт.

12.293880 Одеяло спасательное Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см
2 шт.

13.152170 Шина с подложкой, многоразового использования Воротник-шина шейная для взрослых
1 шт.

110280 Имobilизатор для головы/шеи, многоразового использования

14.152170 Шина с подложкой, многоразового использования Воротник-шина шейная для детей
1 шт.

110280 Имobilизатор для головы/шеи, многоразового использования

15.152170 Шина с подложкой, многоразового использования Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см
1 комплект

128020 Шина надувная для конечностей

16.114030 Носилки портативные Носилки бескаркасные не менее 180 см х 70 см
1 шт.

17.

266210 Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме Термометр медицинский
1 шт.

126390 Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный

300390 Термометр для пациента с цветовой индикацией

266210 Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме

339240 Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования

358080 Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный

335240 Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой

18.239410 Аппарат для измерения артериального давления anerоидный механический Измеритель артериального давления

1 шт.

216630Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье

216560Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец

19.260590Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использованияНожницы для разрезания повязок

2 шт.

116910Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования

103290Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки

151740Ножницы диссекционные

2. В состав укладки также включаются следующие прочие средства:

№

п/п

Наименование

Требуемое количество, (не менее)

1.Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см

5 шт.

2.Блокнот формата не менее А7

1 шт.

3.Авторучка

1 шт.

Карандаш

4.Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях

1 шт.

5.Сумка

1 шт.

Чемодан пластиковый

3. При комплектации укладки медицинскими изделиями допускается включение в ее состав:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 13 - 15, 17 и 18 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5 - 7, 9 и 19 пункта 1 настоящих требований; одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункты 3 и 5 пункта 2 настоящих требований.

4. Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке 2 .

5. По истечении сроков годности медицинские изделия, которыми укомплектована укладка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладку необходимо пополнить.

7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми комплектованы укладка, в случае нарушения их стерильности.

8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована укладка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 14; 2020, № 49, ст. 7897).