

Об установлении особых требований к знаку поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации · № 355 · от 25.07.2019 · Действует с изменениями

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

25 июля 2019 г. № 355

Об установлении особых требований к знаку поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства

Зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2019 г.

Регистрационный № 55675

В соответствии с пунктом 9 Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4766; 2017, № 24, ст. 3532),

ПРИКАЗЫВАЮ

установить особые требования к знаку поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства, согласно приложению.

Директор А.Бортников

Приложение

к приказу ФСБ России

от 25 июля 2019 г. № 355

Особые требования к знаку поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства

1. В органах федеральной службы безопасности должны использоваться следующие виды знака поверки средств измерений специального назначения¹, применяемых в области безопасности государства:

оттиск, наносимый с помощью специальных устройств;

наклейка.

Рекомендуемый образец их изображения приведен в приложении к настоящим Особым требованиям.

¹ Далее - поверка.

2. Оттиск должен иметь форму окружности, в которой располагаются:

контурное изображение треугольного, вытянутого книзу щита с вырезанными верхними углами и меча за щитом, вертикально поставленного по оси симметрии острием вниз;

условный шифр органа федеральной службы безопасности, аккредитованного на выполнение поверки (одна прописная буква русского алфавита);

две последние цифры года проведения поверки.

В случае если длительность интервала между поверками не превышает трех лет, то на оттиске указывается месяц года проведения поверки (арабскими цифрами), а при длительности более трех, но не более десяти лет - квартал года (римскими цифрами).

3. Наклейка должна иметь форму прямоугольника, разделенного по горизонтали на три поля: поле с надписью "ЗНАК ПОВЕРКИ" и изображением треугольного, вытянутого книзу щита с вырезанными верхними углами и меча за щитом, вертикально поставленного по оси симметрии острием вниз (данное поле наклейки изготавливается в виде голографического изображения); поле с нанесенным штрих-кодом, содержащим порядковый номер наклейки; поле для нанесения даты проведения поверки.

Приложение

к Особым требованиям (п. 1)

Рекомендуемый образец

Изображения

знака поверки средств измерений специального назначения, применяемых в области безопасности государства

№

п/п

Вид знака поверкиРазмер (диаметр)Изображение

1

Оттиск

3; 6; 8; 10; 12; 18; 24 мм¹

2

Наклейка

10 x 50 мм

¹ Пункт 35 Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38822), с изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 28 декабря 2018 г. № 5329 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2019 г., регистрационный № 53596).