

Об утверждении Особых требований к знаку поверки средств измерений военного и специального назначения в органах государственной охраны

Приказ · № 50 · от 03.05.2023 · Федеральная служба охраны · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

3 мая 2023 г. № 50

Об утверждении Особых требований к знаку поверки средств измерений военного и специального назначения в органах государственной охраны

Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2023 г.

Регистрационный № 73676

В соответствии с абзацем вторым статьи 1, абзацем первым статьи 5 и пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ "О государственной охране", пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", пунктом 1 и подпунктом 14 пункта 16 Положения о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации", и абзацем первым пункта 9 Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 780 "Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации", приказываю:

Утвердить прилагаемые Особые требования к знаку поверки средств измерений военного и специального назначения в органах государственной охраны.

Директор

Федеральной службы охраны

Российской Федерации

генерал армии Д.В.Кочнев

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ФСО России

от 3 мая 2023 г. № 50

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к знаку поверки средств измерений военного и специального назначения в органах государственной охраны

1. В органах государственной охраны используются знаки поверки средств измерений военного и специального назначения (далее - знаки поверки СИ) следующих видов:

оттиск;

наклейка.

Изображения и размеры знаков поверки СИ, используемых в органах государственной охраны, приведены в приложении к настоящим Особым требованиям.

2. Знаки поверки СИ содержат условный шифр подразделения органов государственной охраны, выполнившего их поверку (далее - подразделение).

Условный шифр присваивается подразделению главным метрологом Федеральной службы охраны Российской Федерации.

3. Оттиск знака поверки СИ наносится с помощью специального устройства и имеет форму окружности, в которой располагаются:

римские цифры, обозначающие квартал проведения поверки (при необходимости);

две последние цифры (арабские) года проведения поверки;

заглавные буквы "ФСО", расположенные посередине между предпоследней и последней цифрами года проведения поверки;

три арабские цифры, обозначающие условный шифр подразделения.

4. Наклейка знака поверки СИ имеет форму прямоугольника,

разделенного по вертикали на три поля:

поле с надписью "Знак поверки" и заглавными буквами "ФСО";

поле с нанесенным штрих-кодом, содержащим порядковый номер наклейки;

поле для нанесения арабскими цифрами условного шифра подразделения, римских цифр, обозначающих квартал, и двух последних цифр (арабских) года проведения поверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Особым требованиям (пункт 1), утвержденным приказом ФСО России
от 3 мая 2023 г. № 50

ИЗОБРАЖЕНИЯ И РАЗМЕРЫ

знаков поверки средств измерений военного и специального назначения, используемых в органах государственной охраны

№

п/п

Вид знака поверкиРазмер (диаметр), ммИзображение

1оттиск3; 6; 8; 10; 12; 18; 24

2наклейка10 x 50